



ESCOPO DA HABILITAÇÃO REBLAS - ABNT NBR ISO/IEC 17025

Razão Social do Laboratório	Código REBLAS	CNPJ
Avisa Serviços Técnicos em Vigilância Sanitária, Tecnologia e Meio Ambiente Ltda EPP	REBLAS 119	03.077.037/0001-06
Endereço	Município/U.F.	CEP
Rua José Maria Lisboa, 275	São Paulo/SP	01.423-000

Área de Atividade/Produto	Classe de Ensaio/Descrição do Ensaio	Norma e/ou Procedimento
PRODUTOS QUÍMICOS	ENSAIOS BIOLÓGICOS	
MATÉRIAS PRIMAS E PRODUTOS ACABADOS DE HIGIENE PESSOAL PERFUMARIA E COSMÉTICOS	Contagem de bactérias mesófilas aeróbicas por plaqueamento em profundidade L.Q.: 10 UFC/g ou mL	ABNT NBR ISO 21149:2008
	Contagem de Bolores e Leveduras por plaqueamento em profundidade L.Q.: 10 UFC/g ou mL	ISO 16212:2008
	Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa pelo método de plaqueamento em superfície Presença ou ausência em 1g ou mL	ABNT NBR ISO 22717:2008
	Pesquisa de Staphylococcus aureus pelo método de plaqueamento em superfície Presença ou ausência em 1g ou mL	ABNT NBR ISO 22718:2008
	Pesquisa de Bactérias Gram negativas Bile Tolerantes pelo método de plaqueamento em superfície. Presença ou ausência em 1g ou mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição - 2010 Cap. 5.5.3.1.3
	Pesquisa de Escherichia coli pelo método de plaqueamento em superfície Presença ou ausência em 1g ou mL	ABNT NBR ISO 21150:2008
	Teste de eficácia antimicrobiana de preservante (Challenge Test) pelo método de plaqueamento em profundidade L.Q.: 10 UFC/g ou mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição - 2010 Cap. 5.5.3.4